

Date : 11 juin 2018

Destinataires : Tous les professionnels de la santé

Objet : Signalement de fuites des seringues utilisées pour plusieurs vaccins de GlaxoSmithKline Inc.

GlaxoSmithKline Inc. a signalé des fuites dans les seringues utilisées pour plusieurs de ses vaccins durant la préparation des vaccins et l'administration. Veuillez vous référer au site Web de Santé Canada pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les vaccins de GSK et le risque potentiel d'administration de doses insuffisantes (Rappels de santé Canada - <http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66674a-fra.php>).

Veuillez partager cette information avec tous les fournisseurs de soins de santé qui utilisent ces produits.

Messages clés :

- Si vous constatez une fuite, aussi petite soit-elle, avant l'administration, jetez le vaccin et la seringue et utilisez une nouvelle dose de vaccin, ainsi qu'une nouvelle seringue.
- Lorsque la fuite se produit durant l'injection du vaccin et que la personne a reçu une dose inférieure à la dose recommandée, la personne pourrait ne pas développer une immunisation suffisante. Si une fuite se produit durant l'administration, la dose n'est pas considérée comme une dose valide. Dans une telle situation, la personne peut être immunisée de nouveau le même jour ou le plus tôt possible pour les vaccins inactivés. Les personnes qui reçoivent des vaccins vivants peuvent être immunisées de nouveau le même jour ou 28 jours après la dose non valide.
- Veuillez signaler toute fuite constatée au Dépôt de sérum central en remplissant un « Rapport de problème – Approvisionnement en vaccins » (<http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/417-RapportDeProbeme-ApprovisionnementEnVaccins.pdf>).

Sincèrement,



Shelley Landsburg
Directrice, Prévention et contrôle des maladies

